

Audit Nr. 2025-07-0001

Stand 14. Juli 2025 Name Alexander Jonitz

Seite 1

FU-Audit Wägetechnik Hamm -Wägetechnik & Kalibrierservice Hamm, Hamm Karsten Grundmann Mühlenstr. 53 59071 Hamm

Auditleiter: JonitzAlexander

Datum d. Audits: 07.07.2025 bis 07.07.2025
Audittyp: Checkliste Fachunternehmen

Der Auditbericht gilt mit Abschluss des Audits vom Teamleiter als freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

2025-07-0001

Nr.	Element				
Gesamtaudit					
01	Allgemein				
01.01	Allgemein				
01.01.01	Wer nimmt am Audit teil? Karsten Grundmann Wolfgang Braune Jens Linnemann				
01.01.02	Bei Erstaudit: Bildbericht im Rahmen eines Rundgangs erstellen				
01.01.03	Sind die Werkstatt sowie weitere Räumlichkeiten des Fachunternehmens in einem sehr guten und sauberen Zustand?	Ja			
01.01.04	Gibt es neue Mitarbeiter im Kalibrierbereich des Unternehmens? Wenn ja, welche?	Nein			
01.01.05	Werden die Vorgaben für osKMAs im Angestelltenverhältnis verstanden und angewendet?	Ja			
01.02	Korrekturmaßnahmen vom letzten Audit				
01.02.01	Gibt es Korrekturmaßnahmen vom letzten Audit? Wenn ja, welche? - Homepage (Flyer veraltet) - Homepage (Links veraltet) - Homepage (Auditbericht veraltet)	■ Ja			
01.02.02	Wurden die Korrekturmaßnahmen vom letzten Audit durchgeführt?	Ja			
01.03	Außenstellen				
01.03.01	Gibt es Außenstellen/Servicestellen?	Nein			
01.03.02	Welche Außenstellen/Servicestellen gibt es und sind diese begutachtet worden?				
01.03.03	Gibt es ein neues Firmengebäude oder eine neue Anschrift?	Nein			
01.03.04	Wie ist die neue Anschrift / wie ist die neue Anschrift für das neue Firmengebäude?				
01.04	Kaufmännische Abwicklung				
01.04.01	Werden die Vorgaben für osKMAs zur Nutzung des Kundenportals verstanden und angewendet? Geschult am 22.11.2024	Ja			
01.04.02	Gibt es Fragen zur kaufmännischen Abwicklung, Konditionen,? nein				
01.05	Verträge				
01.05.01	Liegt der Vertrag zur Kalibrierpartnerschaft für Fachunternehmen vor?	Ja			

14.07.2025 Alexander Jonitz Seite 2 von 4

2025-07-0001

Nr.	Element	
Gesamtaudi		
01.05.02	Liegt die Vereinbarung für osKMAs für jeden osKMA vor?	Ja
01.05.03	Liegt ein gültiger Arbeitsvertrag je osKMA vor?	Ja
01.05.04	Besteht mit dem Fachunternehmen ein Vertrag zu Gunsten Dritter?	Ja
01.05.05	Liegt der Vertrag zu Gunsten Dritter vor?	Ja
01.06	Werbematerial	
01.06.01	Werden die Werbevorgaben für Fachunternehmen verstanden und angewendet?	Ja
01.06.02	Gibt es Werbematerial oder wurde neues Werbematerial erstellt?	Ja
01.06.03	Welche Werbematerialien gibt es / wurden erstellt? Homepage, Fahrzeugbeschriftung	
01.06.04	Sind die Werbematerialien konform zur Vorgabe? Ja, Auditbericht 2024 sollte aber durch den Bericht 2025 ersetzt werden.	Ja
02	BalanceCal	
02.01	Normale	
		Ja
02.01	Normale	■ Ja
02.01 02.01.01	Normale Wird die Handhabung von Gewichtsstücken verstanden und angewendet?	
02.01 02.01.01 02.01.02	Normale Wird die Handhabung von Gewichtsstücken verstanden und angewendet? Sind die Kalibriernormale eindeutig markiert und zuordenbar?	Ja
02.01 02.01.01 02.01.02 02.01.03	Normale Wird die Handhabung von Gewichtsstücken verstanden und angewendet? Sind die Kalibriernormale eindeutig markiert und zuordenbar? Werden die Gewichte der Klasse E und F in einem abschließbaren Raum oder Schrank gelagert?	Ja Ja
02.01 02.01.01 02.01.02 02.01.03	Normale Wird die Handhabung von Gewichtsstücken verstanden und angewendet? Sind die Kalibriernormale eindeutig markiert und zuordenbar? Werden die Gewichte der Klasse E und F in einem abschließbaren Raum oder Schrank gelagert? Ist die Lagerung von Gewichten der Klasse M ordnungsgemäß?	Ja Ja Ja
02.01 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.01.04	Normale Wird die Handhabung von Gewichtsstücken verstanden und angewendet? Sind die Kalibriernormale eindeutig markiert und zuordenbar? Werden die Gewichte der Klasse E und F in einem abschließbaren Raum oder Schrank gelagert? Ist die Lagerung von Gewichten der Klasse M ordnungsgemäß? Wurde eine Magnetismusprüfung an den Kalibriernormalen durchgeführt? Sind die Kalibriernormale für Firmenfremde und nicht autorisierte Mitarbeiter unzugänglich	Ja Ja Ja Ja Ja
02.01 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.01.04 02.01.05	Normale Wird die Handhabung von Gewichtsstücken verstanden und angewendet? Sind die Kalibriernormale eindeutig markiert und zuordenbar? Werden die Gewichte der Klasse E und F in einem abschließbaren Raum oder Schrank gelagert? Ist die Lagerung von Gewichten der Klasse M ordnungsgemäß? Wurde eine Magnetismusprüfung an den Kalibriernormalen durchgeführt? Sind die Kalibriernormale für Firmenfremde und nicht autorisierte Mitarbeiter unzugänglich aufbewahrt?	Ja Ja Ja Ja Ja

14.07.2025 Alexander Jonitz Seite 3 von 4

2025-07-0001

Nr.	Element				
Gesamtaudit					
02.01.10	Sind Kalibriernormale defekt?	Nein			
02.01.11	Sind Handhabungshilfen vorhanden? Wenn ja, welche? Pinzetten, Baumwollhandschuhe, Lastenwagen	Ja			
02.01.12	Ist ein kalibriertes Umgebungsthermometer vorhanden? SN: K15016 / K16201 / K22040 / K20000 Marke: T81-101-2024-08 / T81-104-2025-01 / T81-102-2024-08 / T81-100-2024-12 Ablaufdatum: 01.08.2025 / 14.01.2026 / 01.08.2025 / 10.12.2025	Ja			
04	Korrekturmaßnahmen				
04.01	Gibt es Korrekturmaßnahmen bis zum nächsten Audit?	Nein			
04.02	Welche Korrekturmaßnahmen mit welchen Fristen bis zum nächsten Audit gibt es?				
05	Abschließende Bemerkungen				
05.01	Gibt es noch weitere Bemerkungen in Bezug auf das Audit?				

14.07.2025 Alexander Jonitz Seite 4 von 4